



Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики {метода} измерений

№ 09/07.09.2020-01.00276-2014

ГСИ. Методика измерений массовой концентрации ртути в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии

устанавливает совокупность конкретно описанных операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений массовой концентрации ртути в анализируемых пробах продовольственного сырья и пищевых продуктов. (2020 г., 25 стр.).

Методика разработана Обществом с Ограниченной Ответственностью «КОРТЭК» (ООО «КОРТЭК»). Адрес: 119602, Москва, ул. Никулинская, дом 27, корп.2, аттестована в соответствии с приказом Минпромторга России от 15.12.2015 № 4091 и ГОСТ Р 8.563-2009.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке методики измерений.

В результате аттестации установлено, что методика измерений соответствует предъявленным к ней метрологическим требованиям и обладает следующими метрологическими характеристиками:

Элемент	Диапазон измеряемых значений массовой концентрации, мг/кг	Показатель точности, $\pm \delta$, %, при $P = 0,95$	Показатель повторяемости, σ_r , %	Показатель воспроизводимости, σ_R , %
Ртуть	От 0,002 до 1 вкл	28,3	19,6	35,1



Директор

А.С. Батурин

07 сентября 2020 г.

ОА № 000098